

**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**  
**CAMPO ALEGRE/AL**

**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107.2020.1**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2325/2020**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA COM ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA PARA MEI, ME, EPP E DEMAIS PESSOAS JURIDICAS DEFINIDAS PELA LEI 123/2006.**

**PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL - ITEM 01 - APARELHO DE ULTRASSOM**

Prezado Pregoeiro,

A empresa CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 46.563.938/0013-54, vem tempestivamente, solicitar Alteração do Edital, ITEM 01 - APARELHO DE ULTRASSOM, pelos seguintes motivos a seguir:

Ao analisarmos as especificações técnicas verificamos a necessidade de esclarecer alguns pontos, para que todos os licitantes possam apresentar suas propostas de forma regular, e primordialmente propiciar a este órgão público a melhor análise de todas, para escolher a mais vantajosa para administração pública.

**DA ALTERAÇÃO:**

Onde se lê: - TRANSDUTOR LINEAR: 5 - 11 MHZ, COM NO MÍNIMO 192 ELEMENTOS (CRISTAIS) E ÁREA DE CONTATO DE APROXIMADAMENTE 38 MM  
é Alterar para: - TRANSDUTOR LINEAR: 5 - 11 MHZ E ÁREA DE CONTATO DE APROXIMADAMENTE 38 MM

é Justificativa: O número de elementos não é fator único para se garantir alto desempenho na aquisição de imagens, o tipo de multiplexação e o pós-processamento e tratamento da imagem devem ser considerados, por isso possuímos software para redução de artefatos do tipo "Speckle" de forma standard para este sistema de ultrassom, fornecendo precisão clínica e confiança de diagnóstico.

ALTERAÇÃO - CONDIÇÕES COMERCIAIS

Prazo de entrega: "05 (CINCO) dias "

Alterar para: 60 (SESSENTA) dias úteis

Justificativa: Por se tratar de um equipamento importado (Japão), faz necessário prorrogar o prazo exigido inicialmente no edital

para que possamos ofertar o equipamento Ultrassom em conformidade com o praticado no mercado.

**DO PEDIDO:**

Senhor Pregoeiro, serve a presente para requerer à V.Sas. o pedido de Alteração da descrição técnica para que possamos participar deste pleito e elaborar nossa proposta em igualdade de condições, propiciando a este órgão Público a análise de outras propostas e a escolha da mais vantajosa.

A Canon Medical possui uma ampla linha de produtos, é fornecedora tradicional no mercado Brasileiro tanto no mercado Público como no Privado e tem todo interesse em participar dos processos licitatórios instaurados por este Órgão.

Atenciosamente,

Ailton Queiroz  
Canon Medical Systems do Brasil | Departamento de Licitação  
Avenida Ceci 328, Tamboré, Barueri, São Paulo - Brasil, CEP 06460-120  
P (55 11) 4134-0135  
E [ailton.queiroz@br.medical.canon](mailto:ailton.queiroz@br.medical.canon) / [concorrencia@br.medical.canon](mailto:concorrencia@br.medical.canon)  
[br.medical.canon](http://br.medical.canon) | W [br.medical.canon](http://br.medical.canon)